



KALIBRAČNÍ LIST

č: **10224 / 2021**

Datum vystavení kalibračního listu : 24. 11. 2021



Zadavatel : AMT měřicí technika, spol. s r.o.
Leštínská 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Název kalibrovaného přístroje : **SADA ETALONŮ KAPACITY**
Typ : **BP 3114**
Výrobní číslo : **113429**
Výrobce : **TESLA Brno**

Provedením kalibrace byl pověřen : Valnoha Oldřich
Kalibrace byla provedena dne : 24. 11. 2021
Výsledek kalibrace : Naměřené výsledky jsou uvedeny na listu 2.
Naměřené hodnoty se týkají pouze kalibrovaného přístroje.

Podmínky měření : Teplota a vlhkost vzduchu v laboratoři : $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ a $(45 \pm 20)\%$
Metoda kalibrace : Kalibrace byla provedena při frekvenci 1 kHz, podle interní metodiky TP7.

Použitý etalon : PRECISION LCR METER Hewlett Packard 4284 A v.č. 2940J03779

Návaznost etalonu : Použitý etalon má metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony.

Bez písemného souhlasu kalibrační laboratoře nesmí být kalibrační list kopírován a rozšiřován jinak, než v celkovém počtu stran.

