



KALIBRAČNÍ LIST

č: **10798 / 2018**

Datum vystavení kalibračního listu : 5. 12. 2018



Zdeněk Hubáček
VEDOUcí KALIBRAČNÍ LABORATÖRE

Zadavatel : AMT měřicí technika, spol. s r.o.
Leštínská 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Název kalibrovaného přístroje : **SADA ETALONŮ KAPACITY**
Typ : **BP 3114**
Výrobní číslo : 113429
Výrobce : **TESLA Brno**

Provedením kalibrace byl pověřen : Valnoha Oldřich
Kalibrace byla provedena dne : 4. 12. 2018
Výsledek kalibrace : Naměřené výsledky jsou uvedeny na listu 2.
Naměřené hodnoty se týkají pouze kalibrovaného přístroje.

Podmínky měření : Teplota a vlhkost vzduchu v laboratoři : (23 ± 2)°C a (45 ± 20)%
Metoda kalibrace : Kalibrace byla provedena při frekvenci 1 kHz, podle interní metodiky TP7.

Použitý etalon : LCR HiTESTER Hioki 3532-50 v.č. 130425893

Návaznost etalonu : Použitý etalon má metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony.

