HES, s.r.o. Kalibrační laboratoř
U dráhy 11, 664 49 Ostopovice, tel.: 547426411, fax: 547426417

K 2273

KALIBRAČNÍ LIST

č: **10928 / 2018**

Datum vystavení kalibračního listu : 12. 12. 2018

Zdeněk Hubáček
VEDOUCÍ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE

Zadavatel :	AMT měřicí technika, spol. s r.o. Leštínská 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNÍ POČERNICE
Název kalibrovaného přístroje :	**Odporová dekáda**
Typ :	**XLL**
Výrobní číslo :	6792823
Výrobce :	**METRA Blansko**
Provedením kalibrace byl pověřen :	Janský Pavel
Kalibrace byla provedena dne :	11. 12. 2018
Výsledek kalibrace :	Naměřené výsledky jsou uvedeny na listech 2 a 3. Naměřené hodnoty se týkají pouze kalibrovaného přístroje.
Podmínky měření :	Teplota a vlhkost vzduchu v laboratoři : (23 ± 2) °C a (45 ± 20) %
Metoda kalibrace :	Kalibrace byla provedena podle interní metodiky TP5. Hodnota R_0 byla při všech měřeních odečtena.
Použitý etalon :	Multimetr **Keithley K 2002** v.č.0710980
Návaznost etalonu :	Použitý etalon má metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony.

Bez písemného souhlasu kalibrační laboratoře nesmí být kalibrační list kopírován a rozšiřován jinak, než v celkovém počtu stran.

12329