

Naměřené hodnoty:**Měření odporu**

Etalonová hodnota [Ω]	0,0000	0,1020	0,2022	0,5018	1,0021	1,9014	6,003	10,002	14,003	18,002
Naměřená hodnota [Ω]	0,004	0,106	0,206	0,503	0,999	1,885	5,98	9,95	13,93	17,88
Nejistota [Ω]	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01

Zkratový proud (6,02 \pm 0,01)mA