

KALIBRAČNÍ LIST

č: **7459 / 2024**

Datum vystavení kalibračního listu : 16. 7. 2024



Zdeněk Hubáček
VEDOUcí KALIBRAČNÍ LABORATOŘE

Zadavatel : AMT měřicí technika, spol. s r.o.
Leštínská 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Název kalibrovaného přístroje : **ODPOROVÁ DEKÁDA**
Typ : **XLL**
Výrobní číslo : 6792823
Výrobce : **METRA Blansko**

Provedením kalibrace byl pověřen : Václavek Jan
Kalibrace byla provedena dne : 15. 7. 2024
Místo provedení kalibrace : HES, s.r.o., U Dráhy 411/11, 664 49 Ostopovice
Výsledek kalibrace : Naměřené výsledky jsou uvedeny na listech 2 a 3.
Naměřené hodnoty se týkají pouze kalibrovaného přístroje.

Podmínky měření : Teplota a vlhkost vzduchu v laboratoři : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a $(45 \pm 20) \%$
Metoda kalibrace : Kalibrace byla provedena podle interní metodiky TP5.
Hodnota R_0 byla při všech měřeních odečtena.

Použitý etalon : Multimetr **Fluke 8508A** v.č. 358871341

Návaznost etalonu : Použitý etalon má metrologickou návaznost na (mezi)národní etalony.

Bez písemného souhlasu kalibrační laboratoře nesmí být kalibrační list kopírován a rozšiřován jinak, než v celkovém počtu stran.

